



Č.j.: FNMH/26/033128
Vyřizuje: [redacted]
V Praze dne 4.3.2026

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní magistro,

Dne 19.2.2026 Fakultní nemocnice Motol a Homolka (dále jen „FNMH“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) přijala prostřednictvím podatelny právního odboru Vaši žádost o informace.

Váš dotaz:

1. Jakou laboratoř/jaké laboratoře využívala Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, ambulance gastroenterologie k testování fekálního kalprotektinu od září 2025 do 31.12.2025?
2. Jaká oprávnění k poskytování zdravotních služeb tato laboratoř (laboratoře) mají a z jakého roku?
3. Kdy byla provedená poslední kontrola kvality laboratoře, s jakým výsledkem a jakým subjektem?
4. V jakých jednotkách tato laboratoř (laboratoře) uvádějí výsledky fekálního kalprotektinu a jsou tyto výsledky srovnatelné?
5. Jaké jsou referenční meze (normální hodnoty) fekálního kalprotektinu při vyhodnocování v předmětné laboratoři (laboratořích) - viz bod 1.?
6. Jaké hodnoty fekálního kalprotektinu se považují při za zvýšené (v předmětné laboratoři viz bod 1)?
7. Jaké hodnoty fekálního kalprotektinu se považují za vysoké (v předmětné laboratoři viz bod 1)?
8. Může dojít při použití různých analyzátorů k jiným výsledkům fekálního kalprotektinu? Pokud ano, liší se referenční meze (normální hodnoty) fekálního kalprotektinu?

Odpovědi:

Ad 1.)

V období září 2025 – 31.12.2025 užívala naše gastroenterologická ambulance k vyšetření fekálního kalprotektinu metodu poskytovanou laboratoří Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie FN Motol.

Ad 2.,3.)

ÚLCHKB splňuje akreditační podmínky SAK, dále laboratorní NASKL a sama metoda podléhá externí kontrole kvality. V tomto případě se jedná o mezinárodní kontrolu.

Certifikáty NASKL (splnění podmínek auditu R3) a SAK ke stažení zde:

- <https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/ustav-lekarske-chemie-a-klinicke-biochemie-2-lf-uk-a-fn-motol/#ostatni>

Certifikáty EHK oba validní a platné a obě měření úspěšné, viz níže:

Survey: FD2/25
month: November 2025
Participant-No: 9901087
valid from: 01.11.25



page 1 of 3

Fakultní nemocnice v Motole
Ústav lékařské chemie
a klinické biochemie

V Úvalu 84
15006 PRAHA 5
CZECH REPUBLIC



Bonn, 18 November 2025

Certificate

We confirm, that you have participated in the survey for faeces-diagnostic.
This certificate is according to the current version of the RMI/BAK valid until the end of November 2026.

You have met the requirements of the survey for the following determinations:


Calprotectin (5)



EQA scheme director



Head of Reference Institute



EQAS-Board

The number in parentheses characterizes the analytical method used
The assignment of the number to the respective method and/or the respective instrument
is to be taken from the total evaluation

Survey: FD1/25
month: June 2025
Participant-No: 9901087
valid from: 07.06.25



page 1 of 3

Fakultní nemocnice v Motole
Ústav lékařské chemie
a klinické biochemie

V Úvalu 84
15006 PRAHA 5
CZECH REPUBLIC



Bonn, 18 June 2025

Certificate

We confirm, that you have participated in the survey for faeces-diagnostic.
This certificate is according to the current version of the RfB/BAK valid until the end of June 2026.
You have met the requirements of the survey for the following determinations:


Calprotectin (2)



EQA scheme director



Head of Reference Institute



EQAS Board

The number in parentheses characterizes the analytical method used.
The assignment of the number to the respective method and/or the respective instrument
is to be taken from the total evaluation.

Ad 4.-7.)

K parametrům metody viz:

<https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/ustav-lekarske-chemie-a-klinicke-biochemie-2-lf-uk-a-fn-motol/#dokumenty-ke-stazeni> příloha č. 2, str. 177

Referenční rozmezí:

obě pohlaví

normální hodnota < 50 µg/g

tyto hodnoty s vysokou mírou

pravděpodobnosti vylučují střevní zánět

mírně zvýšené hodnoty 50 - 200 µg/g

tyto hodnoty svědčí pro nízkou úroveň

zánětlivé aktivity

významně zvýšené hodnoty > 200 µg/g tyto hodnoty svědčí pro aktivní organické

onemocnění zažívacího ústrojí

Doporučené referenční meze dle výrobce

Normální populace 3 – 35 µg/g.

Ulcerózní kolitida 59 – 276 µg/g.

Crohnova choroba 110 – 355 µg/g.

(příbalový leták Dialab Eiken)

Ad 8.)

ANO.

Analýzátory mají různé měřicí rozsahy, jedná se o rozdílné principy metod, a tedy i jiná rozdílná referenční rozmezí. Mohou být i jiné jednotky.

Proto by se také nemělo využívat měření pokaždé v jiné laboratoři.

S pozdravem

Fakultní nemocnice Motol a Homolka
150 00 Praha 5, V Úvalu 84 /1
náměstek pro právní záležitosti 1
Tel.: 224 431 055
IČO: 00064203 DIČ: CZ000264203

[Redacted signature]

náměstek pro právní záležitosti
Fakultní nemocnice Motol a Homolka